

Conforme à la norme  
ISO 11140-1

# SEALabel® et monoSEAL®

### Un concept unique...

Le porte-étiquette se replie et se clippe sur le scellé pour se positionner sur la face avant du conteneur.

La fenêtre ovale permet de vérifier le verrouillage lorsque le SEALabel® est replié.



L'étiquette de traçabilité informatisée se colle sur la plaquette du SEALabel®.




Un indicateur physico-chimique de passage de classe 1, vire du rose au noir pour vérifier si le conteneur a déjà subi ou non un cycle de stérilisation.




Virage correct du rose au noir

### Références

monoSEAL® avec témoin de passage - Boîte de 1000 unités.



monoSEAL® sans témoin de passage - Boîte de 1000 unités.



SEALabel® + monoSEAL® avec témoin de passage.  
Boîte de 1000 unités (500 SEALabel® + 500 monoSEAL®).

